



KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

ul. Lwówecka 18; 58 – 503 Jelenia Góra
tel. +48 75 645 33 18, +48 75 645 33 65 fax +48 75 645 33 10
www.kpswjg.pl

DAT-2601-46/19

Jelenia Góra 16.09.2019r.

ZAPROSZENIE

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Ofertę prosimy **złożyć na załączonym formularzu oferty**. Jako podstawę wyceny należy przyjąć poniższy opis przedmiotu zamówienia:

1. Mikroskop stereoskopowy - 16 sztuk

Mikroskop stereoskopowy - jakość optyczna, oświetlenie górne i dolne LED z możliwością regulacji jego natężenia. Dzięki modułowi akumulatorowemu możliwa praca bez zasilania sieciowego (czas działania na zasilaniu akumulatorowym - minimum 12 godzin). Obrotowy zmieniacz obiektywów, dający powiększenia 20x i 40x, a z opcjonalnymi okularami 20x maksymalnie 80x.

Specyfikacja

Zastosowanie:	edukacja	Regulacja dioptrii:	+/- 5D w obu tubusach
Maksymalna odległość robocza:	50 mm	Źródło oświetlenia:	LED
Regulacja ostrości:	makro	Obiektywy:	2x/4x
Głowica:	binokularowa	Oświetlenie:	<ul style="list-style-type: none">• odbite• przechodzące
Technika obserwacji:	Jasne pole	Pokrętła regulacji ostrości:	dwustronne
Powiększenie okularu:	<u>10 x</u>	Powiększenia mikroskopu:	<ul style="list-style-type: none">• 40 x• 20 x
Pole widzenia mikroskopu:	<ul style="list-style-type: none">• 9 mm• 4,5 mm	Pole widzenia okularów:	20 mm
		Zasilanie mikroskopu:	<ul style="list-style-type: none">• AC• akumulator

Głowica umieszczona na pilarze

Okres gwarancji:24mies.

Wyposażenie

- pokrowiec
- okulary: 10x
- zasilacz - ładowarka sieciowa
- obiektyw: 2x / 4x

Przedstawiona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową, powinna zawierać wszystkie przewidywane elementy kompletnego wykonania zamówienia m.in. koszty dostawy.

Termin realizacji zadania: **do 10 października 2019r.**

Ponadto oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i spełniać wszelkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce. Wszystkie elementy montażowe zamówienia muszą być kompatybilne.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia **23.09.2019r.** do godziny 8:00 w siedzibie uczelni w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 – budynek nr 1 (Rektorat) w **pokoju 115** lub przesłać mailem na adres: joanna.sztando@kpswjg.pl

K A N C L E R Z

mgr Grażyna Malczuk

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra
- inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze jest Pan Jerzy Szelinger, kontakt: jerzy.szelinger@kpswjg.pl, tel: **75 64 53 321**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **„Dostawa mikroskopów stereoskopowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”**
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

- z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

¹ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.